



T.C.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Konu: Doğrudan Temin Teklif Belgesi

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 4734 sayılı KİK'in 3.md.(f) bendi uyarınca desteklenen ve yürütülen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal/hizmetlerin alımları için düzenlenen 6554 sayılı Esas ve Usullerin 21/d Md. Göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacak aşağıda cins ve miktarı belirtilen 8 kalem mal/hizmet için KDV hariç tekliflerinizi en geç 28/01/2022 günü saat 12:00'ye kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elektronik posta veya elden iletilmesini rica ederim.

Faruk BİLGEN

Koordinatör Yardımcısı

S.NO	ADET	BİRİM	MALZEME ADI	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	2	Adet	Pens - Genel Amaçlı - Düz Uçlu		
2	2	Adet	Pens - Diseksiyon Amaçlı - Düz Uçlu		
3	2	Adet	Pens - Diseksiyon Amaçlı - Eğimli Uçlu		
4	1	Adet	Beher - Cam - Kısa Form -100 Ml		
5	3	Adet	Beher - Plastik - Kısa Form - 100 Ml		
6	5	Kutu	Plastik Eldiven (medium) (100 Adet/kutu)		
7	2	Adet	Spatül - Paslanmaz Çelik - Çift Uçlu		
8	2	Adet	Spatül - Paslanmaz Çelik - Chattaway		

Not 1: Fiyatlar KDV hariç, varsa stopaj dahil ve Türk Lirası olarak verilecektir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not 2: Alternatif teklif verilmeyecektir. Verilmesi halinde alternatif teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kısmi teklif verilebilir.

Not 3: Teklif edilen malzemelerin markaları, modelleri, katalog numaraları ile gramajları, saflık dereceleri ve varsa diğer özellikleri mutlaka belirtilecektir. Talep edilenden farklı gramaj yada ambalaj teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Not 4: Mal/Hizmet teslim tarihi mutlaka belirtilecektir. Belirtilen teslim süresi içinde mal/hizmetin teslim edilmesi zorunludur. Süre sipariş tarihini müteakip başlar.

Not 5: Verilen teklif belgesi üzerinde firma kaşe ve imzası, vergi ve iletişim bilgileri, teklifi düzenleyen ilgili kişi bilgileri mutlaka yer almalıdır.

Not 6: Verilen teklif mektubuna ait teknik şartname varsa; şartnameye cevaben teknik şartnameyi okudum hükümlerini aynen kabul ediyorum ifadesiyle firma kaşesi ve yetkilinin imzası bulunacaktır.

Not 7: Teklif mektupları yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Süre içerisinde teslim edilmeyen teklif mektubu değerlendirilmeyecektir.

Not 8: İdare gerek gördüğü takdirde sözleşme yapabilir ve teminat isteyebilir. Tüm yasal vergi, resim ve harçlar yüklenici firmaya aittir.

Not 9 : Soğuk zincir ürünler proje yürütücüsünün bağlı olduğu fakülteye teslim edilecektir. Diğer ürünlerin teslimatı ESTÜ Ayniyat Saymanlığına (Muayene Kabul Komisyon Başkanlığı) yapılacaktır.

NOT 10: Kargo ile teslimatlar da malzemenin kırılması , eksik çıkması, deforme olması veya özelliğini kaybetmesi halinde idaremiz sorumlu değildir.

Not 11: Yasaklı firmalar teklif veremez.

Malzemenin Ait Olduğu Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Proje Yürütücüsü : Prof.Dr. Servet TURAN

Proje No: 21DRP135-1-FB

Teknik Şartname

“21DRP135” numaralı “Kompozit ve Kaplama Yöntemiyle Yeni Half-Heusler Termoelektrik Malzemelerin Geliştirilmesi” başlıklı 301-DR1 Tez Projesi kapsamında istek belgesi oluşturulan sarf malzemelerinin teknik özellikleri aşağıda verilmiştir.

1 Numaralı İstek Belgesi

1. Kalem: Pensler (genel amaçlı), 2 adet

1. AISI 304 kalitede paslanmaz çelikten üretilmelidir.
2. Parlatılmış, kaynaksız düz bir dış yüzeye sahip olmalıdır.
3. Toplam uzunluğu en az 100 ± 5 mm olmalıdır.

2. Kalem: Pensler (diseksiyon amaçlı-düz uçlu), 2 adet

4. AISI 304 kalitede paslanmaz çelikten üretilmelidir.
5. Parlatılmış, kaynaksız düz bir dış yüzeye sahip olmalıdır.
6. Toplam uzunluğu en az 100 ± 5 mm olmalıdır.

3. Kalem: Pensler (diseksiyon amaçlı-eğimli uçlu), 2 adet

7. AISI 304 kalitede paslanmaz çelikten üretilmelidir.
8. Parlatılmış, kaynaksız düz bir dış yüzeye sahip olmalıdır.
9. Toplam uzunluğu en az 100 ± 5 mm olmalıdır.

6. Kalem: Nitril Eldiven, 5 paket

1. 240 mm uzunluk ve 0.12 mm kalınlığında olmalıdır.
2. Nitrilden imal edilmiş olmalıdır.
3. “L” beden olmalıdır.
4. 1 pakette 100 adet eldiven içermelidir.

7. Kalem: Spatül(çift uçlu), 2 adet

1. AISI 304 kalitede paslanmaz çelikten üretilmelidir.
2. Parlatılmış, kaynaksız düz bir dış yüzeye sahip olmalıdır.
3. Her iki ucu da düz uçlu olmalıdır.
4. Toplam uzunluğu en az 150 ± 5 mm olmalıdır

8. Kalem: Spatül(chattaway), 2 adet

5. AISI 304 kalitede paslanmaz çelikten üretilmelidir.
6. Parlatılmış, kaynaksız düz bir dış yüzeye sahip olmalıdır.
7. Bir ucu düz diğer ucu eğimli uçlu olmalıdır.
8. Toplam uzunluğu en az 150 ± 5 mm olmalıdır

Prof. Dr. Servet TURAN

21.01.2022

