



T.C.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Konu: Doğrudan Temin Teklif Belgesi

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 4734 sayılı KİK'in 3.md.(f) bendi uyarınca desteklenen ve yürütülen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal/hizmetlerin alımları için düzenlenen 6554 sayılı Esas ve Usullerin 21/d Md. Göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacak aşağıda cins ve miktarı belirtilen 3 kalem mal/hizmet için KDV hariç tekliflerinizi en geç 21/02/2023 günü saat 12:00'ye kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elektronik posta veya elden iletilmesini rica ederim.

Faruk BİLGEN

Koordinatör Yardımcısı

S.NO	ADET	BİRİM	MALZEME ADI	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	2	Adet	Type A Long Cell, 6 Mm Lg Bulb, Quartz		
2	1	Adet	Type A Long Cell, 9 Mm Lg Bulb, Quartz		
3	1	Adet	Dichloromethane Puriss. P.a., Acs Reagent,		

Not 1: Fiyatlar KDV hariç, varsa stopaj dahil ve Türk Lirası olarak verilecektir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not 2: Alternatif teklif verilmeyecektir. Verilmesi halinde alternatif teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kısmi teklif verilebilir.

Not 3: Teklif edilen malzemelerin markaları, modelleri, katalog numaraları ile gramajları, saflık dereceleri ve varsa diğer özellikleri mutlaka belirtilecektir. Talep edilenden farklı gramaj yâda ambalaj teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Not 4: Mal/Hizmet teslim tarihi mutlaka belirtilecektir. Belirtilen teslim süresi içinde mal/hizmetin teslim edilmesi zorunludur. Süre sipariş tarihini müteakip başlar.

Not 5: Verilen teklif belgesi üzerinde firma kaşe ve imzası, vergi ve iletişim bilgileri, teklifi düzenleyen ilgili kişi bilgileri mutlaka yer almalıdır.

Not 6: Verilen teklif mektubuna ait teknik şartname varsa; şartnameye cevaben teknik şartnameyi okudum hükümlerini aynen kabul ediyorum ifadesiyle firma kaşesi ve yetkilinin imzası bulunacaktır.

Not 7: Teklif mektupları yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Süre içerisinde teslim edilmeyen teklif mektubu değerlendirilmeyecektir.

Not 8: İdare gerek gördüğü takdirde sözleşme yapabilir ve teminat isteyebilir. Tüm yasal vergi, resim ve harçlar yüklenici firmaya aittir.

Not 9 : Soğuk zincir ürünler proje yürütücüsünün bağlı olduğu fakülteye teslim edilecektir. Diğer ürünlerin teslimatı ESTÜ Ayniyat Saymanlığına (Muayene Kabul Komisyon Başkanlığı) yapılacaktır.

NOT 10: Kargo ile teslimatlar da malzemenin kırılması , eksik çıkması, deforme olması veya özelliğini kaybetmesi halinde idaremiz sorumlu değildir.

Not 11: Yasaklı firmalar teklif veremez.

Malzemenin Ait Olduğu Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Proje Yürütücüsü : Prof.Dr. Funda ATEŞ

Proje No: 22ADP298-1-HY

TEKNİK ŞARTNAME

- Ürünlerin saflıkları, marka ve kodları teklifte belirtilmelidir.
- Ürünler ithal olmalıdır.
- Teklif edilen malzeme spesifikasyon belgesi ile birlikte verilecektir.
- Ürünlerin miadı en az üç yıl olmalıdır.
- Ambalajları orijinal olmalıdır.
- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Getirilen malzemeler firma yetkilisi yanında kontrol edilerek, teslim alınacaktır.
- Sarf malzemelerin adetleri ve özellikleri şartnameye uygun teklifte belirtilmelidir.
- Ürünlerin hacimleri şartnameyi sağlamalıdır ve teklifte belirtilmelidir.

1-Dichloromethane

- Ürün 2,5L orijinal cam amber ambalajında olmalıdır.
- Ürün saflığı %99.99 olmalıdır.
- HPLC grade özelliğe sahip olmalıdır.
- Ürün yoğunluğu 1.324 - 1.326 aralığında olmalıdır.
- Kırılma indeksi 1,4235 - 1,4245 aralığında olmalıdır.
- Kaynama aralığı 39.5 - 40.5°C olmalıdır.
- Ürün renksiz olmalıdır.
- Ürün içeriğinde ki su miktarı \leq %0,001. Düşük olmalıdır.
- Ürün içeriğinde ki tortu miktarı \leq %0,001 olmalıdır.
- Moleküler ağırlığı 84.93 olmalıdır.
- Kargo ile gönderilen ürünler teslim alınmayacaktır.

2- TYPE A LONG CELL, 6 mm

- Teklif edilen ürün quartz camdan üretilmiş olmalıdır.
- 6mm gövde çapına sahip olmalıdır.
- Ürün A tipi ampüllü olmalıdır.
- 350°C sıcaklık üzerine çıkabilmelidir.
- Hücre uzunluğu 317 mm, ampul çapı 23 mm olmalıdır.
- 4 cm³ kapasiteye sahip olmalıdır.
- Nominal boyutları 6 mm OD (4 mm ID) şeklinde olmalıdır.
- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

3- TYPE A LONG CELL, 9 mm

- Teklif edilen ürün quartz camdan üretilmiş olmalıdır.
- 9mm gövde çapına sahip olmalıdır.
- Ürün A tipi ampüllü olmalıdır.
- 350°C sıcaklık üzerine çıkabilmelidir.
- Hücre uzunluğu 312,5 mm, ampul çapı 23 mm olmalıdır.
- 4 cm³ kapasiteye sahip olmalıdır.
- Nominal boyutları 9 mm OD (7 mm ID) şeklinde olmalıdır.
- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Prof. Dr. Fuad ATG
