



T.C.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Konu: Doğrudan Temin Teklif Belgesi

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 4734 sayılı KİK'in 3.md.(f) bendi uyarınca desteklenen ve yürütülen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal/hizmetlerin alımları için çıkarılan 21.03.2025 tarihli 2025/9652 sayılı CB Kararının eki usul esasların 8/c maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacak aşağıda cins ve miktarı belirtilen 5 kalem mal/hizmet için KDV hariç tekliflerinizi en geç 08/09/2025 günü saat 12:00'ye kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elektronik posta veya elden iletilmesini rica ederim.

Mustafa BUĞUR
Koordinatör Yardımcısı

S.NO	ADET	BİRİM	MALZEME ADI	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	1	Adet	Benzen		
2	2	Adet	Büret Standı, Çubuklu		
3	2	Adet	Çift Boyunlu Balon		
4	2	Adet	Biyometri Erleni		
5	2	Paket	Kauçuk Tıpa		

Not 1: Fiyatlar KDV hariç, varsa stopaj dahil ve Türk Lirası olarak verilecektir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not 2: Alternatif teklif verilmeyecektir. Verilmesi halinde alternatif teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kısmi teklif verilebilir.

Not 3: Teklif edilen malzemelerin markaları, modelleri, katalog numaraları ile gramajları, saflık dereceleri ve varsa diğer özellikleri mutlaka belirtilecektir. Talep edilenden farklı gramaj yâda ambalaj teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Not 4: Mal/Hizmet teslim tarihi mutlaka belirtilecektir. Belirtilen teslim süresi içinde mal/hizmetin teslim edilmesi zorunludur. Süre sipariş tarihini müteakip başlar.

Not 5: Verilen teklif belgesi üzerinde firma kaşe ve imzası, vergi ve iletişim bilgileri, teklifi düzenleyen ilgili kişi bilgileri mutlaka yer almalıdır.

Not 6: Verilen teklif mektubuna ait teknik şartname varsa; şartnameye cevaben teknik şartnameyi okudum hükümlerini aynen kabul ediyorum ifadesiyle firma kaşesi ve yetkilinin imzası bulunacaktır.

Not 7: Teklif mektupları yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Süre içerisinde teslim edilmeyen teklif mektubu değerlendirilmeyecektir.

Not 8: İdare gerek gördüğü takdirde sözleşme yapabilir ve teminat isteyebilir. Tüm yasal vergi, resim ve harçlar yüklenici firmaya aittir.

Not 9 : Soğuk zincir ürünler proje yürütücüsünün bağlı olduğu fakülteye teslim edilecektir. Diğer ürünlerin teslimatı ESTÜ Ayniyat Saymanlığına (Muayene Kabul Komisyon Başkanlığı) yapılacaktır.

NOT 10: Kargo ile teslimatlar da malzemenin kırılması , eksik çıkması, deforme olması veya özelliğini kaybetmesi halinde idaremiz sorumlu değildir.

Not 11: Yasaklı firmalar teklif veremez.

Malzemenin Ait Olduğu Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Proje Yürütücüsü : Prof.Dr. Hande ÇELEBİ

Proje No: 25LÖP062-1-HY

TEKNİK ŞARTNAME

Büret standı, çubuklu

- 215x240mm - H Şeklinde Bunzen Mesnedi Set - 60cm Çubuklu
- Yüksek sertlik ve dayanıklılığa sahip olup, darbelere karşı oldukça sağlamdır.
- Korozyona karşı dirençlidir
- Kimyasal/çözücü maddelere karşı dayanıklı malzemeden üretilmiştir.
- Paslanmaz çelik çubukla birlikte gönderilmektedir.

BENZEN

- 2 LİTRE olmalıdır.
- Saflığı $\geq 99.7\%$ olmalıdır.
- Kaynama noktası 80°C olmalıdır.
- Buhar basıncı 166 mmHg (37.7°C), 74.6 mmHg (20°C) olmalıdır.

Çift boyunlu balon

- 1 adet 250 ml (2 boyunlu - yan dişi şilif - merkez boyun : NS 24/29 - yan dişi şilif : NS 14/23 - 250 ml, yan açılı)
- 1 adet 500 ml (2 boyunlu - yan dişi şilif - merkez boyun : NS 29/32 - yan dişi şilif : NS 14/23, 20° açılı yan boyunlu) olmalıdır.
- Dibi yuvarlak, ısıya dayanıklı Borosilikat 3.3 şeffaf camdan üretilmiş olmalıdır.
- Cam üzerindeki tüm yazılar ısıya ve kimyasallara dayanıklı olmalıdır.

Kauçuk tıpa

- 1 pakette 10 adet olmalıdır.
- 1 paket NS 29/32 ile uyumlu olmalıdır. 1 paket 24/29 ile uyumlu olmalıdır.
- 40 A sertlik derecesinde katkısız ve doğal kauçuktan DIN 12871 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
- Kimyasal direnci ve $-25-70^{\circ}\text{C}$ arası sıcaklık dayanımı olmalıdır.

BİYOMETRİ ERLENİ

BİYOMETRİK ERLER DÜZENEGİ

- Üretimde kullanılan cam malzemeler Alman Schott camından yapılmalı

ve sertifika ile birlikte belgelendirilmelidir.

- Verilecek cam malzemeler TS EN ISO TRKAK 17025 akreditasyon kalibrasyon belgeli olmalı ve rnlerle birlikte sertifikaları teslim edilmelidir.
- Kullanılan cam malzemeler A kalite 1. sınıf olduđuna dair belgelendirilmeli.
- Kullanılan cam malzemeler 3.3 borosilikat olmalıdır.
- Cam malzemenin erleni 250ml hacminde olmalıdır.
- Ađız apı 35mm ve kalın cidarlı olmalıdır.
- Tp – Erlen mesafesi 30mm olmalıdır.
- Tp ađız apı 35mm olmalıdır, yksekliđi de 87mm olmalıdır.