



T.C.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Konu: Doğrudan Temin Teklif Belgesi

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 4734 sayılı KİK'in 3.md.(f) bendi uyarınca desteklenen ve yürütülen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal/hizmetlerin alımları için çıkarılan 21.03.2025 tarihli 2025/9652 sayılı CB Kararının eki usul esasların 8/c maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacak aşağıda cins ve miktarı belirtilen 1 kalem mal/hizmet için KDV hariç tekliflerinizi en geç 27/11/2025 günü saat 12:00'ye kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elektronik posta veya elden iletilmesini rica ederim.

Mustafa BUĞUR
Koordinatör Yardımcısı

S.NO	ADET	BİRİM	MALZEME ADI	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	1	Adet	Kimyasallara Dayanıklı Vakum Pompası		

Not 1: Fiyatlar KDV hariç, varsa stopaj dahil ve Türk Lirası olarak verilecektir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not 2: Alternatif teklif verilmeyecektir. Verilmesi halinde alternatif teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kısmi teklif verilebilir.

Not 3: Teklif edilen malzemelerin markaları, modelleri, katalog numaraları ile gramajları, saflık dereceleri ve varsa diğer özellikleri mutlaka belirtilecektir. Talep edilenden farklı gramaj yada ambalaj teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Not 4: Mal/Hizmet teslim tarihi mutlaka belirtilecektir. Belirtilen teslim süresi içinde mal/hizmetin teslim edilmesi zorunludur. Süre sipariş tarihini müteakip başlar.

Not 5: Verilen teklif belgesi üzerinde firma kaşe ve imzası, vergi ve iletişim bilgileri, teklifi düzenleyen ilgili kişi bilgileri mutlaka yer almalıdır.

Not 6: Verilen teklif mektubuna ait teknik şartname varsa; şartnameye cevaben teknik şartnameyi okudum hükümlerini aynen kabul ediyorum ifadesiyle firma kaşesi ve yetkilinin imzası bulunacaktır.

Not 7: Teklif mektupları yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Süre içerisinde teslim edilmeyen teklif mektubu değerlendirilmeyecektir.

Not 8: İdare gerek gördüğü takdirde sözleşme yapabilir ve teminat isteyebilir. Tüm yasal vergi, resim ve harçlar yüklenici firmaya aittir.

Not 9 : Soğuk zincir ürünler proje yürütücüsünün bağlı olduğu fakülteye teslim edilecektir. Diğer ürünlerin teslimatı ESTÜ Ayniyat Saymanlığına (Muayene Kabul Komisyon Başkanlığı) yapılacaktır.

NOT 10: Kargo ile teslimatlar da malzemenin kırılması , eksik çıkması, deforme olması veya özelliğini kaybetmesi halinde idaremiz sorumlu değildir.

Not 11: Yasaklı firmalar teklif veremez.

Malzemenin Ait Olduğu Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Proje Yürütücüsü : Doç.Dr. Yasemin ÇELİK

Proje No: 25ADP181-2-HY

Satın Alma İşlemleri: 0222 2137493-7494-7495

Fatura İşlemleri: 0222 2137496-7497

VAKUM POMPASI ŞARTNAME

1. Cihaz laboratuvar ortamında kimyasallara dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
2. Pistonlu tipte ve yağsız çalışır yapıda olmalıdır.
3. Kimyasal buharlarla temas eden tüm parçalar PTFE veya eşdeğeri kimyasal dirençli malzemeden yapılmış olmalıdır.
4. Cihazın akış hızı en az 26 L/dakika olmalıdır.
5. Maksimum vakum seviyesi en az 86 mbar (yaklaşık 740 mmHg) olmalıdır.
6. Motor gücü en az 85 W olmalıdır.
7. Cihazın çalışma gerilimi 220 V $\pm$ %10, 50/60 Hz olmalıdır.
8. Gürültü seviyesi 65 dB değerini aşmamalıdır.
9. Cihaz sürekli çalışma koşullarına uygun olmalıdır.
10. Gövde malzemesi korozyona dayanıklı olmalıdır.
11. Cihazın kimyasal dayanımı yüksek olmalı, solvent buharlarından etkilenmemelidir.
12. Vakum giriş ve çıkış bağlantıları standart bağlantı ölçülerine uygun olmalıdır.
13. Cihazın boyutları yaklaşık 185 × 159 × 205 mm olmalı veya bu değerlere yakın olmalıdır.
14. Cihazın ağırlığı 3 kg'ı geçmemelidir.
15. Cihazda aşırı yük ve ısı koruması bulunmalıdır.
16. Cihaz 24 ay garantiye sahip olmalıdır.
17. Cihaz CE sertifikalı olmalıdır.
18. Çalışma ortamı sıcaklığı +5 °C ile +40 °C arasında olmalıdır.
19. Bağıl nem oranı %80'i geçmemelidir.